

Legal Department

מחלקה המשפטית

14 בפברואר, 2024

מנהל מרפאת הילדים

לכבוד

עוזר הנדס תלמידי
בשירות שירותי דם איתן האהרןשוף


שלום רב,

הנדון: בקשתך לקבלת מידע בנושא מכשירי אקמו מיום 09.01.24

במענה לבקשתך שבנדון, להלן התייחסותי:

1. הנתונים מתייחסים לתקופה המצוינת בבקשתך, בין ה- 31.12.20 לבין ה- 15.1.21 בנוגע למכשירי אקמו:
 - 1.1. באותה תקופה היו 6 מכשירי אקמו בביה"ח.
 - 1.2. הדיווחים שהועברו למשרד הבריאות נעשו בצורה שמית פר מטופל ועל כן הבקשה נדחית לפי סעיף 9 (א)(3) לחוק חופש המידע, פגיעה בפרטיות.
 - 1.3. רישומים אודות תפוסת המכשירים באותה תקופה- המכשירים היו בתפוסה מלאה בתקופה הנדונה. אשר לרישומים עצמם, ראה תשובתי לשאלה 1.2.
 - 1.4. לא הושאלו מכשירים בתקופה זו.
 - 1.5. האם המכשירים היו בשימוש לאורך כל התקופה לעיל- כן.
 - 1.6. האם היו חולים שלא חוברו למכשירי אקמו בתקופה זו בהיעדר כמות מספיקה של מכשירי אקמו בביה"ח- לא ניתן לאתר מידע זה, נדחה בהתאם לסעיף 8 (1) ו- (3) לחוק חופש המידע.
 - 1.7. לא הושאלו מכשירים בתקופה זו.
 - 1.8. לא הושאלו מכשירים בתקופה זו.
 - 1.9. לא רלוונטי.
 - 1.10. כן.
 - 1.11. אחוז החולים שלא שרדו תחת טיפול באקמו- זו שאלה שבחוות דעת (שאלת ידע הדורשת ניתוח קליני של המקרים) ולא שאלת מידע כהגדרתו בחוק ובנוהל היחידה הממשלתית לחופש המידע.
 - 1.12. שלומי מרום טכנולוג רפואי אחראי תחום לב ריאה אקמו.
 - 1.13. לא נדרש דיווח למשרד הבריאות אודות נתונים הקשורים בשימוש במכשיר.
2. ברשות ביה"ח היה מכשיר אקמו באותה תקופה.
 - 2.1. לא רלוונטי.
 - 2.2. כן.
 - 2.3. לא.
 - 2.4. 6 מטופלים טופלו במכשיר אקמו

2.5. קיים נוהל בית חולים הקובע אופן שימוש במכשיר וכן תנאים לחיבור, נהלי שימוש אלה
והאינדיקציות לחיבור חולה לאקמו הינם בהתאם לנתונים עולמיים והמלצת ארגון ה-ELSO
ובכל מקרה לפי שיקול דעת רפואי של הרופא המטפל הבכיר ומנהל המחלקה.


בכבוד רב,

סיגל רביע, עו"ד

הממונה על חופש המידע