

נספח לתעודת בדיקה

להזמנה 66/949

2020974/1

שם: וינדקס ישראל בע"מ

כתובת: גיבורי ישראל 20, ת.ד 8113 א.ת קרית נורדאו

מיקוד: 42504

עיר: נתניה

תעודת בדיקה

שם הלקוח: וינדקס ישראל בע"מ

מספר זיהוי הפרויקט (במעבדה): 66-949

18/08/08

תאריך הדיגום:

26/08/08

תאריך הדיווח:

-CERTIFICATE OF ANALYSIS-
באוויר VOC's

BACTHEM ג'ן סופ

זיהוי הדגימה

מספר תעודת בדיקה	66-949-1
זיהוי הפרויקט	וינדקס ישראל בע"מ
זיהוי הדוגמא	קניסטר M10 14: 05 18.08.08 394
מטריצה נבדקת	גז אדמה

פרטי האנליזה

שיטה תקנית (EPA)	TO-15	מיחול הדוגמא	ללא
יחידות מידה	ug/m3	תאריך הבדיקה	25/08/08

סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק	סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק
52.90	ל"ה	Ethyl Chloride	47.63	85.73	Acetone
87.06	ל"ה	EthylBenzene	64.05	ל"ה	Benzene
112.64	ל"ה	Freon-11	98.56	ל"ה	Benzene, 1-ethyl-2-methyl-
153.65	ל"ה	Freon-113	103.80	ל"ה	Benzyl chloride
140.16	ל"ה	Freon-114	44.35	ל"ה	Bicyclo[1.1.0]butane
99.15	ל"ה	Freon-12	134.34	ל"ה	Bromodichloromethane
82.17	ל"ה	Heptane	207.24	ל"ה	Bromoform
213.82	ל"ה	Hexachlorobutadiene	77.85	ל"ה	Bromomethane
70.66	ל"ה	Hexane	59.13	ל"ה	2-Butanone
82.13	ל"ה	2-Hexanone	62.43	ל"ה	Carbon disulfide
49.28	ל"ה	Isopropyl Alcohol	126.13	ל"ה	Carbon tetrachloride
82.13	ל"ה	Methyl Isobutyl Ketone	92.30	ל"ה	Chlorobenzene
72.28	ל"ה	Methyl tert-Butyl ether	97.89	ל"ה	Chloroform
69.64	ל"ה	Methylene Chloride	41.40	ל"ה	Chloromethane
34.51	ל"ה	Propene	69.01	ל"ה	Cyclohexane
85.40	ל"ה	Styrene	170.79	ל"ה	Dibromochloromethane
137.64	ל"ה	1,1,2,2-Tetrachloroethane	154.05	ל"ה	1,2-Dibromoethane
135.98	14020.35	Tetrachloroethylene	120.54	ל"ה	1,2-Dichlorobenzene
59.13	ל"ה	Tetrahydrofuran	120.54	ל"ה	1,3-Dichlorobenzene
75.55	ל"ה	Toluene	120.54	ל"ה	1,4-Dichlorobenzene
148.79	ל"ה	1,2,4-Trichlorobenzene	81.15	ל"ה	1,1-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,1-Trichloroethane	81.15	ל"ה	1,2-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,2-Trichloroethane	79.49	ל"ה	1,1-Dichloroethene
107.74	452.72	Trichloroethylene	79.49	694.22	cis-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,2,4-Trimethylbenzene	79.49	ל"ה	trans-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,3,5-Trimethylbenzene	92.65	ל"ה	1,2-Dichloropropane
70.59	ל"ה	Vinyl Acetate	91.00	ל"ה	cis-1,3-Dichloropropene
51.25	ל"ה	Vinyl Chloride	91.00	ל"ה	trans-1,3-Dichloropropene
87.06	ל"ה	o-Xylene	72.25	ל"ה	1,4-Dioxane
87.06	ל"ה	p+m - Xylene	37.78	ל"ה	Ethanol
			72.25	ל"ה	Ethyl Acetate

* (ל"ה) = לא התגלה- ערך הנמוך מהכמות המינימאלית המדווחת (Reporting Level).

-CERTIFICATE OF ANALYSIS- באוויר VOC's

זיהוי הדגימה

BACTHEM ג'ן סופ

מספר תעודת בדיקה	66-949-2
זיהוי הפרויקט	וינדקס ישראל בע"מ
זיהוי הדוגמא	קניסטר M10 15: 40 18.08.08 384
מטריצה נבדקת	גז אדמה

פרטי האנליזה

שיטה תקנית (EPA)	TO-15	מיהול הדוגמא	ללא
יחידות מידה	ug/m3	תאריך הבדיקה	25/08/08

סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק	סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק
52.90	ל"ה	Ethyl Chloride	47.63	ל"ה	Acetone
87.06	ל"ה	EthylBenzene	64.05	ל"ה	Benzene
112.64	ל"ה	Freon-11	98.56	ל"ה	Benzene, 1-ethyl-2-methyl-
153.65	ל"ה	Freon-113	103.80	ל"ה	Benzyl chloride
140.16	ל"ה	Freon-114	44.35	ל"ה	Bicyclo[1.1.0]butane
99.15	ל"ה	Freon-12	134.34	ל"ה	Bromodichloromethane
82.17	ל"ה	Heptane	207.24	ל"ה	Bromoform
213.82	ל"ה	Hexachlorobutadiene	77.85	ל"ה	Bromomethane
70.66	ל"ה	Hexane	59.13	ל"ה	2-Butanone
82.13	ל"ה	2-Hexanone	62.43	ל"ה	Carbon disulfide
49.28	ל"ה	Isopropyl Alcohol	126.13	ל"ה	Carbon tetrachloride
82.13	ל"ה	Methyl Isobutyl Ketone	92.30	ל"ה	Chlorobenzene
72.28	ל"ה	Methyl tert-Butyl ether	97.89	ל"ה	Chloroform
69.64	ל"ה	Methylene Chloride	41.40	ל"ה	Chloromethane
34.51	ל"ה	Propene	69.01	ל"ה	Cyclohexane
85.40	ל"ה	Styrene	170.79	ל"ה	Dibromochloromethane
137.64	ל"ה	1,1,2,2-Tetrachloroethane	154.05	ל"ה	1,2-Dibromoethane
135.98	7867.76	Tetrachloroethylene	120.54	ל"ה	1,2-Dichlorobenzene
59.13	ל"ה	Tetrahydrofuran	120.54	ל"ה	1,3-Dichlorobenzene
75.55	112.80	Toluene	120.54	ל"ה	1,4-Dichlorobenzene
148.79	ל"ה	1,2,4-Trichlorobenzene	81.15	ל"ה	1,1-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,1-Trichloroethane	81.15	ל"ה	1,2-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,2-Trichloroethane	79.49	ל"ה	1,1-Dichloroethene
107.74	228.08	Trichloroethylene	79.49	137.29	cis-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,2,4-Trimethylbenzene	79.49	ל"ה	trans-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,3,5-Trimethylbenzene	92.65	ל"ה	1,2-Dichloropropane
70.59	ל"ה	Vinyl Acetate	91.00	ל"ה	cis-1,3-Dichloropropene
51.25	ל"ה	Vinyl Chloride	91.00	ל"ה	trans-1,3-Dichloropropene
87.06	ל"ה	o-Xylene	72.25	ל"ה	1,4-Dioxane
87.06	ל"ה	p+m - Xylene	37.78	ל"ה	Ethanol
			72.25	ל"ה	Ethyl Acetate

* (ל"ה) = לא התגלה- ערך הנמוך מהכמות המינימאלית המדווחת (Reporting Level).

-CERTIFICATE OF ANALYSIS- באוויר VOC's

זיהוי הדגימה

מספר תעודת בדיקה	66-949-3
------------------	----------

BACTHEM ג'ן ינסטרוט

זיהוי הפרויקט	וינדקס ישראל בע"מ
זיהוי הדוגמא	קניסטר 373 18.08.08 14:50 M10
מטריצה נבדקת	גז אדמה

פרטי האנליזה

שיטה תקנית (EPA)	TO-15	מיהול הדוגמא	ללא
יחידות מידה	ug/m3	תאריך הבדיקה	25/08/08

סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק	סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק
52.90	ל"ה	Ethyl Chloride	47.63	ל"ה	Acetone
87.06	ל"ה	EthylBenzene	64.05	ל"ה	Benzene
112.64	ל"ה	Freon-11	98.56	ל"ה	Benzene, 1-ethyl-2-methyl-
153.65	ל"ה	Freon-113	103.80	ל"ה	Benzyl chloride
140.16	ל"ה	Freon-114	44.35	ל"ה	Bicyclo[1.1.0]butane
99.15	ל"ה	Freon-12	134.34	ל"ה	Bromodichloromethane
82.17	ל"ה	Heptane	207.24	ל"ה	Bromoform
213.82	ל"ה	Hexachlorobutadiene	77.85	ל"ה	Bromomethane
70.66	ל"ה	Hexane	59.13	ל"ה	2-Butanone
82.13	ל"ה	2-Hexanone	62.43	ל"ה	Carbon disulfide
49.28	ל"ה	Isopropyl Alcohol	126.13	ל"ה	Carbon tetrachloride
82.13	ל"ה	Methyl Isobutyl Ketone	92.30	ל"ה	Chlorobenzene
72.28	ל"ה	Methyl tert-Butyl ether	97.89	ל"ה	Chloroform
69.64	ל"ה	Methylene Chloride	41.40	ל"ה	Chloromethane
34.51	ל"ה	Propene	69.01	ל"ה	Cyclohexane
85.40	ל"ה	Styrene	170.79	ל"ה	Dibromochloromethane
137.64	ל"ה	1,1,2,2-Tetrachloroethane	154.05	ל"ה	1,2-Dibromoethane
135.98	34538.61	Tetrachloroethylene	120.54	ל"ה	1,2-Dichlorobenzene
59.13	ל"ה	Tetrahydrofuran	120.54	ל"ה	1,3-Dichlorobenzene
75.55	268.45	Toluene	120.54	ל"ה	1,4-Dichlorobenzene
148.79	ל"ה	1,2,4-Trichlorobenzene	81.15	ל"ה	1,1-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,1-Trichloroethane	81.15	ל"ה	1,2-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,2-Trichloroethane	79.49	ל"ה	1,1-Dichloroethene
107.74	3060.22	Trichloroethylene	79.49	16152.61	cis-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,2,4-Trimethylbenzene	79.49	157.40	trans-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,3,5-Trimethylbenzene	92.65	ל"ה	1,2-Dichloropropane
70.59	ל"ה	Vinyl Acetate	91.00	ל"ה	cis-1,3-Dichloropropene
51.25	ל"ה	Vinyl Chloride	91.00	ל"ה	trans-1,3-Dichloropropene
87.06	ל"ה	o-Xylene	72.25	ל"ה	1,4-Dioxane
87.06	ל"ה	p+m - Xylene	37.78	ל"ה	Ethanol
			72.25	ל"ה	Ethyl Acetate

* (ל"ה) = לא התגלה- ערך הנמוך מהכמות המינימאלית המדווחת (Reporting Level).

-CERTIFICATE OF ANALYSIS- באוויר VOC's

זיהוי הדגימה

מספר תעודת בדיקה	66-949-4
זיהוי הפרויקט	וינדקס ישראל בע"מ

BACTHEM ג'ן סופ

זיהוי הדוגמא	קניסטר M10 10: 30 18.08.08 340
מטריצה נבדקת	גז אדמה

פרטי האנליזה

שיטה תקנית (EPA)	TO-15	מיקחול הדוגמא	ללא
יחידות מידה	ug/m3	תאריך הבדיקה	25/08/08

סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק	סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק
52.90	ל"ה	Ethyl Chloride	47.63	ל"ה	Acetone
87.06	ל"ה	EthylBenzene	64.05	ל"ה	Benzene
112.64	ל"ה	Freon-11	98.56	ל"ה	Benzene, 1-ethyl-2-methyl-
153.65	ל"ה	Freon-113	103.80	ל"ה	Benzyl chloride
140.16	ל"ה	Freon-114	44.35	ל"ה	Bicyclo[1.1.0]butane
99.15	ל"ה	Freon-12	134.34	ל"ה	Bromodichloromethane
82.17	ל"ה	Heptane	207.24	ל"ה	Bromoform
213.82	ל"ה	Hexachlorobutadiene	77.85	ל"ה	Bromomethane
70.66	ל"ה	Hexane	59.13	88.31	2-Butanone
82.13	ל"ה	2-Hexanone	62.43	ל"ה	Carbon disulfide
49.28	ל"ה	Isopropyl Alcohol	126.13	ל"ה	Carbon tetrachloride
82.13	ל"ה	Methyl Isobutyl Ketone	92.30	ל"ה	Chlorobenzene
72.28	ל"ה	Methyl tert-Butyl ether	97.89	ל"ה	Chloroform
69.64	ל"ה	Methylene Chloride	41.40	ל"ה	Chloromethane
34.51	ל"ה	Propene	69.01	ל"ה	Cyclohexane
85.40	ל"ה	Styrene	170.79	ל"ה	Dibromochloromethane
137.64	ל"ה	1,1,2,2-Tetrachloroethane	154.05	ל"ה	1,2-Dibromoethane
135.98	68472.37	Tetrachloroethylene	120.54	ל"ה	1,2-Dichlorobenzene
59.13	ל"ה	Tetrahydrofuran	120.54	ל"ה	1,3-Dichlorobenzene
75.55	ל"ה	Toluene	120.54	ל"ה	1,4-Dichlorobenzene
148.79	ל"ה	1,2,4-Trichlorobenzene	81.15	ל"ה	1,1-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,1-Trichloroethane	81.15	ל"ה	1,2-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,2-Trichloroethane	79.49	ל"ה	1,1-Dichloroethene
107.74	ל"ה	Trichloroethylene	79.49	ל"ה	cis-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,2,4-Trimethylbenzene	79.49	ל"ה	trans-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,3,5-Trimethylbenzene	92.65	ל"ה	1,2-Dichloropropane
70.59	ל"ה	Vinyl Acetate	91.00	ל"ה	cis-1,3-Dichloropropene
51.25	ל"ה	Vinyl Chloride	91.00	ל"ה	trans-1,3-Dichloropropene
87.06	ל"ה	o-Xylene	72.25	ל"ה	1,4-Dioxane
87.06	ל"ה	p+m - Xylene	37.78	ל"ה	Ethanol
			72.25	ל"ה	Ethyl Acetate

* (ל"ה) = לא התגלה- ערך הנמוך מהכמות המינימאלית המדווחת (Reporting Level).

-CERTIFICATE OF ANALYSIS- באוויר VOC's

זיהוי הדגימה

מספר תעודת בדיקה	66-949-5
זיהוי הפרויקט	וינדקס ישראל בע"מ
זיהוי הדוגמא	קניסטר M10 08: 45 19.08.08 341

BACTHEM ג'ן סופ

מטריצה נבדקת	גז אדמה
--------------	---------

פרטי האנליזה

שיטה תקנית (EPA)	TO-15	מיחול הדוגמא	ללא
יחידות מידה	ug/m3	תאריך הבדיקה	25/08/08

סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק	סך דיווח LOQ	תוצאה	חומר נבדק
52.90	ל"ה	Ethyl Chloride	47.63	ל"ה	Acetone
87.06	ל"ה	EthylBenzene	64.05	ל"ה	Benzene
112.64	ל"ה	Freon-11	98.56	ל"ה	Benzene, 1-ethyl-2-methyl-
153.65	ל"ה	Freon-113	103.80	ל"ה	Benzyl chloride
140.16	ל"ה	Freon-114	44.35	ל"ה	Bicyclo[1.1.0]butane
99.15	ל"ה	Freon-12	134.34	ל"ה	Bromodichloromethane
82.17	ל"ה	Heptane	207.24	ל"ה	Bromoform
213.82	ל"ה	Hexachlorobutadiene	77.85	ל"ה	Bromomethane
70.66	ל"ה	Hexane	59.13	129.28	2-Butanone
82.13	ל"ה	2-Hexanone	62.43	ל"ה	Carbon disulfide
49.28	ל"ה	Isopropyl Alcohol	126.13	ל"ה	Carbon tetrachloride
82.13	ל"ה	Methyl Isobutyl Ketone	92.30	ל"ה	Chlorobenzene
72.28	ל"ה	Methyl tert-Butyl ether	97.89	ל"ה	Chloroform
69.64	ל"ה	Methylene Chloride	41.40	ל"ה	Chloromethane
34.51	ל"ה	Propene	69.01	ל"ה	Cyclohexane
85.40	ל"ה	Styrene	170.79	ל"ה	Dibromochloromethane
137.64	ל"ה	1,1,2,2-Tetrachloroethane	154.05	ל"ה	1,2-Dibromoethane
135.98	572.83	Tetrachloroethylene	120.54	ל"ה	1,2-Dichlorobenzene
59.13	ל"ה	Tetrahydrofuran	120.54	ל"ה	1,3-Dichlorobenzene
75.55	ל"ה	Toluene	120.54	ל"ה	1,4-Dichlorobenzene
148.79	ל"ה	1,2,4-Trichlorobenzene	81.15	ל"ה	1,1-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,1-Trichloroethane	81.15	ל"ה	1,2-Dichloroethane
109.39	ל"ה	1,1,2-Trichloroethane	79.49	ל"ה	1,1-Dichloroethene
107.74	ל"ה	Trichloroethylene	79.49	ל"ה	cis-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,2,4-Trimethylbenzene	79.49	ל"ה	trans-1,2-Dichloroethene
98.56	ל"ה	1,3,5-Trimethylbenzene	92.65	ל"ה	1,2-Dichloropropane
70.59	ל"ה	Vinyl Acetate	91.00	ל"ה	cis-1,3-Dichloropropene
51.25	ל"ה	Vinyl Chloride	91.00	ל"ה	trans-1,3-Dichloropropene
87.06	ל"ה	o-Xylene	72.25	ל"ה	1,4-Dioxane
87.06	ל"ה	p+m - Xylene	37.78	ל"ה	Ethanol
			72.25	ל"ה	Ethyl Acetate

* (ל"ה) = לא התגלה- ערך הנמוך מהכמות המינימאלית המדווחת (Reporting Level).

-CERTIFICATE OF ANALYSIS- באוויר VOC's

זיהוי הדגימה

מספר תעודת בדיקה	66-949-6
זיהוי הפרויקט	וינדקס ישראל בע"מ
זיהוי הדוגמא	קניסטר M10 10: 15 19.08.08 374
מטריצה נבדקת	גז אדמה

BACTERIAL ANALYSIS

פרטי האנליזה

ללא	מיהול הדוגמא	TO-15	שיטה תקנית (EPA)
25/08/08	תאריך הבדיקה	ug/m3	יחידות מידה

חומר נבדק	תוצאה	סף דיווח LOQ	חומר נבדק	תוצאה	סף דיווח LOQ
Acetone	258.37	47.63	Ethyl Chloride	ל"ה	52.90
Benzene	ל"ה	64.05	EthylBenzene	108.43	87.06
Benzene, 1-ethyl-2-methyl-	ל"ה	98.56	Freon-11	494.72	112.64
Benzyl chloride	ל"ה	103.80	Freon-113	ל"ה	153.65
Bicyclo[1.1.0]butane	ל"ה	44.35	Freon-114	ל"ה	140.16
Bromodichloromethane	ל"ה	134.34	Freon-12	ל"ה	99.15
Bromoform	ל"ה	207.24	Heptane	ל"ה	82.17
Bromomethane	ל"ה	77.85	Hexachlorobutadiene	ל"ה	213.82
2-Butanone	ל"ה	59.13	Hexane	ל"ה	70.66
Carbon disulfide	144.33	62.43	2-Hexanone	ל"ה	82.13
Carbon tetrachloride	ל"ה	126.13	Isopropyl Alcohol	ל"ה	49.28
Chlorobenzene	ל"ה	92.30	Methyl Isobutyl Ketone	ל"ה	82.13
Chloroform	ל"ה	97.89	Methyl tert-Butyl ether	ל"ה	72.28
Chloromethane	ל"ה	41.40	Methylene Chloride	ל"ה	69.64
Cyclohexane	ל"ה	69.01	Propene	ל"ה	34.51
Dibromochloromethane	ל"ה	170.79	Styrene	ל"ה	85.40
1,2-Dibromoethane	ל"ה	154.05	1,1,2,2-Tetrachloroethane	ל"ה	137.64
1,2-Dichlorobenzene	ל"ה	120.54	Tetrachloroethylene	ל"ה	135.98
1,3-Dichlorobenzene	ל"ה	120.54	Tetrahydrofuran	ל"ה	59.13
1,4-Dichlorobenzene	ל"ה	120.54	Toluene	1268.00	75.55
1,1-Dichloroethane	ל"ה	81.15	1,2,4-Trichlorobenzene	ל"ה	148.79
1,2-Dichloroethane	ל"ה	81.15	1,1,1-Trichloroethane	ל"ה	109.39
1,1-Dichloroethene	ל"ה	79.49	1,1,2-Trichloroethane	ל"ה	109.39
cis-1,2-Dichloroethene	ל"ה	79.49	Trichloroethylene	ל"ה	107.74
trans-1,2-Dichloroethene	ל"ה	79.49	1,2,4-Trimethylbenzene	ל"ה	98.56
1,2-Dichloropropane	ל"ה	92.65	1,3,5-Trimethylbenzene	ל"ה	98.56
cis-1,3-Dichloropropene	ל"ה	91.00	Vinyl Acetate	ל"ה	70.59
trans-1,3-Dichloropropene	ל"ה	91.00	Vinyl Chloride	ל"ה	51.25
1,4-Dioxane	ל"ה	72.25	o-Xylene	185.00	87.06
Ethanol	ל"ה	37.78	p+m - Xylene	700.68	87.06
Ethyl Acetate	ל"ה	72.25			

* (ל"ה) = לא התגלה - ערך הנמוך מהכמות המינימאלית המדווחת (Reporting Level).

-CERTIFICATE OF ANALYSIS- באוויר VOC's

זיהוי הדגימה

מספר תעודת בדיקה	66-949-7
זיהוי הפרויקט	וינדקס ישראל בע"מ
זיהוי הדוגמא	קניסטר 379 M10 11: 30 19.08.08
מטריצה נבדקת	גז אדמה

BACTERIAL GROWTH

פרטי האנליזה

ללא	מיהול הדוגמא	TO-15	שיטה תקנית (EPA)
25/08/08	תאריך הבדיקה	ug/m3	יחידות מידה

חומר נבדק	תוצאה	סף דיווח LOQ	חומר נבדק	תוצאה	סף דיווח LOQ
Acetone	165.14	47.63	Ethyl Chloride	ל"ה	52.90
Benzene	ל"ה	64.05	EthylBenzene	139.86	87.06
Benzene, 1-ethyl-2-methyl-	ל"ה	98.56	Freon-11	ל"ה	112.64
Benzyl chloride	ל"ה	103.80	Freon-113	ל"ה	153.65
Bicyclo[1.1.0]butane	ל"ה	44.35	Freon-114	ל"ה	140.16
Bromodichloromethane	ל"ה	134.34	Freon-12	ל"ה	99.15
Bromoform	ל"ה	207.24	Heptane	ל"ה	82.17
Bromomethane	ל"ה	77.85	Hexachlorobutadiene	ל"ה	213.82
2-Butanone	ל"ה	59.13	Hexane	ל"ה	70.66
Carbon disulfide	ל"ה	62.43	2-Hexanone	ל"ה	82.13
Carbon tetrachloride	ל"ה	126.13	Isopropyl Alcohol	ל"ה	49.28
Chlorobenzene	ל"ה	92.30	Methyl Isobutyl Ketone	ל"ה	82.13
Chloroform	ל"ה	97.89	Methyl tert-Butyl ether	ל"ה	72.28
Chloromethane	ל"ה	41.40	Methylene Chloride	ל"ה	69.64
Cyclohexane	ל"ה	69.01	Propene	ל"ה	34.51
Dibromochloromethane	ל"ה	170.79	Styrene	ל"ה	85.40
1,2-Dibromoethane	ל"ה	154.05	1,1,2,2-Tetrachloroethane	ל"ה	137.64
1,2-Dichlorobenzene	ל"ה	120.54	Tetrachloroethylene	ל"ה	135.98
1,3-Dichlorobenzene	ל"ה	120.54	Tetrahydrofuran	ל"ה	59.13
1,4-Dichlorobenzene	ל"ה	120.54	Toluene	413.44	75.55
1,1-Dichloroethane	ל"ה	81.15	1,2,4-Trichlorobenzene	ל"ה	148.79
1,2-Dichloroethane	ל"ה	81.15	1,1,1-Trichloroethane	ל"ה	109.39
1,1-Dichloroethene	ל"ה	79.49	1,1,2-Trichloroethane	ל"ה	109.39
cis-1,2-Dichloroethene	ל"ה	79.49	Trichloroethylene	ל"ה	107.74
trans-1,2-Dichloroethene	ל"ה	79.49	1,2,4-Trimethylbenzene	ל"ה	98.56
1,2-Dichloropropane	ל"ה	92.65	1,3,5-Trimethylbenzene	ל"ה	98.56
cis-1,3-Dichloropropene	ל"ה	91.00	Vinyl Acetate	ל"ה	70.59
trans-1,3-Dichloropropene	ל"ה	91.00	Vinyl Chloride	ל"ה	51.25
1,4-Dioxane	ל"ה	72.25	o-Xylene	285.68	87.06
Ethanol	ל"ה	37.78	p+m - Xylene	1044.51	87.06
Ethyl Acetate	ל"ה	72.25			

* (ל"ה) = לא התגלה - ערך הנמוך מהכמות המינימאלית המדווחת (Reporting Level).

בכבוד רב,
מעבדות בקטום בע"מ.