



## התחום הנבדק:

### הרדמה - מרפאות כירורגיה בינונית

תאריך עדכון : 27.04.2026

#### הנחיות למילוי כלי הבקרה

- יש לוודא כי מולאו כל הפרקים וכל ההיגדים.
- יש להזין את תקציר הממצאים העיקריים בסוף כל פרק.
- כאשר נמצא היגד שאיננו מיושם באופן מלא / חלקי יש להוסיף הנחיה לשיפור
- בהנחיה לשיפור יש לפרט באופן מדויק מה התיקון הנדרש, לציין את הזמן שניתן לתיקון ולציין את מידת חומרת הליקוי קל/ בינוני/ חמור.
- בסיום כתיבת הדו"ח יש להזין את סיכום הבקרה, התרשמות כללית וממצאים לשימור (לא הנחיות לשיפור).

#### • הערות למוסד המבוקר:

- יש להציג תיעוד בהתאם לדרישת הבקר ולאורך תקופה – עד 3 שנים .
- יש להכין את קובץ הנתונים בפרק מידע כללי טרם הבקרה .



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

| פרק   | נושא                                    |
|-------|-----------------------------------------|
| פרק 1 | כ"א, נתוני פעילות, תשתיות               |
| פרק 2 | ניהול תחום הרדמה, מדיניות, תהליכי עבודה |
| פרק 3 | טרומ הרדמה                              |
| פרק 4 | קבלת מטופל לחדר ניתוח                   |
| פרק 5 | ציוד הרדמה                              |
| פרק 6 | מהלך הרדמה ותיעוד ברשומה                |
| פרק 7 | התאוששות                                |
|       | התרשמות כללית                           |

### פרטי הבקרה

| שדה                          | תשובה |
|------------------------------|-------|
| שם המוסד המבוקר              |       |
| תאריך ביצוע הבקרה            |       |
| פרטי מבצע הבקרה (שם + תפקיד) |       |
| משתתפים מטעם המוסד המבוקר    |       |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## פרק 1 – מידע כללי

### 1.1 נתוני כח אדם :

| מנהל הרדמה | מומחיות | תחומי אחריות<br>( יש לסמן את מה שרלוונטי ) |
|------------|---------|--------------------------------------------|
|            |         | הרדמה / חדרי ניתוח / התאוששות              |

| סה"כ מס'<br>המרדימים | מס' מרדימים<br>מומחים | מס' מומחים<br>בתחום כאב | מס' מתמחים | אחר |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----|
|                      |                       |                         |            |     |

### 1.2 - נתוני כ"א – צוות נוסף

| צוות        | מס' | הערות |
|-------------|-----|-------|
| עוזרי הרדמה |     |       |
| טכנאי הנשמה |     |       |

### 1.3 תשתיות

| מתחם | מס' חדרי ניתוח<br>ברישיון | מס' חדרי ניתוח<br>בפועל | הערות |
|------|---------------------------|-------------------------|-------|
|      |                           |                         |       |
|      |                           |                         |       |
|      |                           |                         |       |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

#### 1.4 נתוני פעילות – שנתי (יש להציג נתונים של השנה הקלנדרית האחרונה)

| תחום | מס' ניתוחים | הערות |
|------|-------------|-------|
|      |             |       |
|      |             |       |
|      |             |       |
|      |             |       |
|      |             |       |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| סיכום הפרק<br>וממצאים עיקריים |  |
|-------------------------------|--|



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## **פרק 2 : ניהול מחלקה , מדיניות , תהליכי עבודה**

| הקריטריון הנבדק                             | הנחיות לבדיקה                                                                                                                  | מיושם באופן מלא | מיושם באופן חלקי | לא מיושם כלל | לא רלוונטי                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>ניהול מחלקה - מדיניות , תהליכי עבודה</b> |                                                                                                                                |                 |                  |              |                                         |
| <b>2.1</b>                                  | קיימים נהלים פנימיים המתווים את תהליכי העבודה בתחום הרדמה                                                                      |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/ נהלים        |
| <b>2.2</b>                                  | קיים נוהל מוסדי בנושא הכנת תרופות החייאה לשעת חירום לפיו התרופות יהיו מוכנות מראש לפני כל ניתוח ומותאמות למטופל ויאוחסנו כנדרש |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/ נהלים        |
| <b>2.3</b>                                  | במרפאה פרוטוקולים / נהלים / הנחיות לגבי בדיקות מעבדה ובדיקות עזר לקראת ניתוח אלקטיבי                                           |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/ נהלים        |
| <b>2.4</b>                                  | קיימים במרפאה פרוטוקולים פנימיים והנחיות לגבי שעות צום לקראת ניתוח אלקטיבי                                                     |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/ נהלים        |
| <b>2.5</b>                                  | קיים נוהל להעברת חולה במצב קריטי מהמרפאה לבית החולים                                                                           |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/ נהלים        |
| <b>2.6</b>                                  | מתקיימות ישיבות צוות לצורך דווח, לימוד ודיון כולל בנושא תחלואה / תמותה                                                         |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/ פרוטוקול     |
| <b>2.7</b>                                  | קיימים טפסי הסכמה מדעת להרדמה בשפות שונות ולפי כללי ההנגשה                                                                     |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת הטפסים/ בדיקת רשומות |
| <b>הכשרות</b>                               |                                                                                                                                |                 |                  |              |                                         |
| <b>2.8</b>                                  | בתוכנית העבודה של המחלקה קיימת תכנית הדרכה הכוללת העשרת ידע לצוות בנושאים אקדמיים ועדכונים מקצועיים                            |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/ תכנית הכשרה  |
| <b>2.9</b>                                  | המרדים האחראי בניתוח הינו מומחה בתחום הרדמה                                                                                    |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/              |
| <b>2.10</b>                                 | לכל המרדמים אישור על ביצוע הכשרה ACLS בתוקף                                                                                    |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/              |
| <b>2.11</b>                                 | לכל המרדמים אישור על ביצוע הכשרה של PALS בתוקף                                                                                 |                 |                  |              | תשאול המלווה/ הצגת מסמכים/              |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

| לא<br>רלוונטי                       | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה                                                 | הקריטריון הנבדק                                                                                                                                        |             |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>תהליכי עבודה - מניעת זיהומים</b> |                    |                        |                       |                                                                  |                                                                                                                                                        |             |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול<br>המלווה/ הצגת<br>מסמכים/<br>תכנית עבודה/<br>תיעוד הכשרות | על פי תכנית העבודה של<br>המחלקה/ הנהלת המרפאה<br>מתקיימות הדרכות בנושא<br><b>מניעת זיהומים</b> לצוות חדש<br>ועדכון ידע עיתי לצוות הרב<br>מקצועי בהרדמה | <b>2.12</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול<br>המלווה/<br>הצוות/ תצפית                                 | המשטח העליון על עגלת<br>המרדים מנוקה בסיום כל<br>ניתוח                                                                                                 | <b>2.13</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול<br>המלווה/<br>הצוות/ תצפית                                 | ידית ולהב הלרינגוסקופ<br>גליידוסקופ עוברים ניקוי<br>ועיקור לאחר כל שימוש                                                                               | <b>2.14</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול<br>המלווה/<br>בדיקת<br>מסמכים /<br>רשומות                  | קיים פרוטוקול טיפולי למתן<br>אנטיביוטיקה מניעתית                                                                                                       | <b>2.15</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול<br>המלווה/<br>רשומות                                       | בגיליון ההרדמה יש תיעוד על<br>מתן אנטיביוטיקה<br>פרופילקטית, סוג<br>אנטיביוטיקה ושעת המתן                                                              | <b>2.16</b> |

|  |                                        |
|--|----------------------------------------|
|  | <b>סיכום הפרק – ממצאים<br/>עיקריים</b> |
|--|----------------------------------------|



### פרק 3 – טרום הרדמה

| לא<br>רלוונטי     | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה                             | הקריטריון הנבדק                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>טרום הרדמה</b> |                    |                        |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                   |                    |                        |                       | תשאול<br>המלווה/ הצגת<br>מסמכים/<br>נהלים    | במרפאת טרום הרדמה קיימים<br>דפי מידע בנושאי ההרדמה<br>למטופלים בשפות שונות                                                                                                                                                                        | <b>3.1</b> |
|                   |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ מטופלים / בני<br>משפחה     | במחלקה נערכת שיחה עם<br>מטופלים בקשר לאפשרויות<br>ההרדמה השונות (מקומית /<br>כללית / אזורית) ואפשרויות<br>שיכוך כאב לאחר הניתוח<br>ובחינת העדפות הטיפול<br>הרצויות להם                                                                            | <b>3.2</b> |
|                   |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ בדיקת<br>רשומות<br>רפואיות | כל המטופלים להם נדרשת<br>בדיקה טרום הרדמה, נבדקים<br>במרפאת טרום הרדמה ע"י<br>רופא מרדים                                                                                                                                                          | <b>3.3</b> |
|                   |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ בדיקת<br>רשומות<br>רפואיות | במפגש טרום הרדמה נלקחת<br>אנמנזה הכוללת מחלות רקע,<br>רגישות לתרופות, מזון וחומרים<br>כימיים, הרדמות קודמות -<br>סיבוכים, סיפור של סיבוך<br>משפחתי הקשור להרדמה,<br>הרגלים (עישון, סמים,<br>אלכוהול) ונשאות לחיידקים<br>עמידים, טיפול תרופתי קבוע | <b>3.4</b> |
|                   |                    |                        |                       | בדיקת רשומות<br>רפואיות                      | בגיליון טרום ניתוח יש תיעוד<br>של ממצאי הבדיקה פיזיקלית                                                                                                                                                                                           | <b>3.5</b> |
|                   |                    |                        |                       | בדיקת רשומות<br>רפואיות                      | קיים דרוג ASA ו- BMI<br>המתועד ברשומה                                                                                                                                                                                                             | <b>3.6</b> |
|                   |                    |                        |                       | בדיקת רשומות<br>רפואיות                      | הבדיקה הפיזיקלית כוללת<br>התייחסות לבדיקת נתיב אוויר<br>והאם קיים חשד לנתיב אוויר<br>בעייתי                                                                                                                                                       | <b>3.7</b> |
|                   |                    |                        |                       | בדיקת רשומות<br>רפואיות                      | במרפאת טרום הרדמה נלקחו<br>מדדים חיוניים ובדיקות מעבדה<br>רלוונטיות                                                                                                                                                                               | <b>3.8</b> |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

| לא<br>רלוונטי | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה        | הקריטריון הנבדק                                                                                          |     |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               |                    |                        |                       | בדיקת רשומות<br>רפואיות | ברשומת המטופל קיים<br>שדה לתיעוד אבחנה "נתיב<br>אוויר בעייתי" בעבר, לתיאור<br>אינטובציה קשה באשפוז נוכחי | 3.9 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <b>סיכום הפרק<br/>וממצאים עיקריים</b> |
|--|---------------------------------------|



## פרק 4 – קבלת מטופל בחדר ניתוח

| קריטריון הנבדק                                                                                                                                                   | הנחיות לבדיקה                      | מיושם באופן מלא | מיושם באופן חלקי | לא מיושם כלל | לא רלוונטי |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|
| <b>4.1</b> קיים טופס הסכמה להרדמה בשפת המטופל ממולא וחתום ע"י רופא מרדים ומנותח                                                                                  | בדיקת מסמכים / בדיקת רשומות        |                 |                  |              |            |
| <b>4.2</b> בקבלה לחדר ניתוח נבדקת ומאושרת בחתימה רשימת התיג של הכנת החולה לניתוח ע"י המרדים                                                                      | תשאול מלווה / בדיקת רשומות רפואיות |                 |                  |              |            |
| <b>4.3</b> התייעוד בטופס אימות הנתונים SIGN IN ( טרום הרדמה) מתבצע בנוכחות המנתח, המרדים, האחיות והמטופל וכולל את כל הסעיפים הרלוונטיים                          | תשאול מלווה / בדיקת רשומות רפואיות |                 |                  |              |            |
| <b>4.4</b> תהליך ה- TIME OUT (פסק זמן) מתבצע ע"י האחיות המסתובבת, באחריות המנתח האחראי, הרופא המרדים, אחיות חדר ניתוח וצוות רלוונטי נוסף לפני ביצוע החתך הניתוחי | תשאול מלווה / תצפית                |                 |                  |              |            |
| <b>4.5</b> השכבת החולה בתנוחה המתאימה לניתוח נעשית בהנחיית הרופא המנתח ובפיקוח ובנוכחות הרופא המרדים והאחות המסתובבת                                             | תשאול מלווה / צוות/ תצפית          |                 |                  |              |            |
| <b>4.6</b> מיד עם השכבתו, החולה מקובע למיטת הניתוח למניעת נפילה                                                                                                  | תשאול מלווה / צוות/ תצפית          |                 |                  |              |            |
| <b>4.7</b> האיבר המיועד לניתוח מסומן בצורת חץ, עפ"י הנוהל                                                                                                        | תשאול מלווה / צוות/ תצפית          |                 |                  |              |            |
| <b>4.8</b> בעת חילוף בין מרדימים מועברים בע"פ: פרטי החולה, מצבו הקליני בניתוח, התרופות אותם מקבל ואירועים מיוחדים בניתוח                                         | תשאול המלווה / בדיקת רשומות/ תצפית |                 |                  |              |            |
| <b>4.9</b> בזמן חילוף צוות המרדימים מצוין על גבי דו"ח המרדים שעת החילוף ושמות המתחלפים                                                                           | תשאול המלווה / בדיקת רשומות        |                 |                  |              |            |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

| לא<br>רלוונטי                       | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה           | הקריטריון הנבדק                                                                                                         |             |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ניהול הטיפול התרופתי – הרדמה</b> |                    |                        |                       |                            |                                                                                                                         |             |
|                                     |                    |                        |                       | תצפית                      | על גבי המזרק מצוין שם התרופה, הריכוז וחתימה                                                                             | <b>4.10</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תצפית                      | על המזרקים מודבקות מדבקות לפי קוד הצבעים של ISO                                                                         | <b>4.11</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול הצוות / תצפית        | הזרקת בטיחותית מתבצעת בהתאם להנחיות אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים                                                | <b>4.12</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול הצוות / בדיקת מסמכים | קיימת בבית המרקחת רשימת דוגמאות חתימת ידנית של כל רופאי המרפאה המורשים למתן סמים מסוכנים וכן דוגמת החותמת של רופאים אלו | <b>4.13</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול הצוות / תצפית        | המרדים מכין תרופות למתן תוך ורידי על פי כללי הזרקת בטוחה                                                                | <b>4.14</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול הצוות / תצפית        | המרדים נותן תרופות בהזרקת תוך ורידית על פי כללי הזרקת בטוחה                                                             | <b>4.15</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול הצוות / תצפית        | צוות חדר הניתוח ערוך לטפל במצבי חירום רפואיים כגון Malignant Hyperthermia ובהרעלת מאלחשים מקומיים                       | <b>4.16</b> |
|                                     |                    |                        |                       | תשאול הצוות / תצפית        | בחדר הניתוח קיים Intra Lipid זמין (20%), לטיפול בהרעלת מאלחשים מקומיים                                                  | <b>4.17</b> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>סיכום הפרק<br/>וממצאים עיקריים</b> |  |
|---------------------------------------|--|



### פרק 5 – ציוד

| לא<br>רלוונטי | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה        | הקריטריון הנבדק                                                                                            |             |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | בכל עמדה ניתוחית קיימים<br>מכונת הרדמה ומוניטור תקינים                                                     | <b>5.1</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימים מוניטורים המסוגלים<br>לבצע ST-analysis בכל עמדת<br>הרדמה                                            | <b>5.2</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימים דפיברילטורים – קיים<br>אחד לפחות                                                                    | <b>5.3</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימים דפיברילטורים ביפאזיים                                                                               | <b>5.4</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | לכל דפיברילטור יש אפשרות<br>קיצוב חיצוני                                                                   | <b>5.5</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימת מערכת חימום נוזלים                                                                                   | <b>5.6</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימת מג'טות להזלפת עירוי<br>בלחץ                                                                          | <b>5.7</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימת מערכת להזלפת עירוי<br>בקצב גבוה לפחות מערכת<br>אחת במתחם                                             | <b>5.8</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיים מכשיר Video<br>laryngoscope לפחות אחד<br>על כל שני חדרים, ולפחות<br>אחד בכל אתר חדרי ניתוח<br>משניים. | <b>5.9</b>  |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיים מכשיר Video laryngoscope glide<br>scope (scope) ביחס של אחד על כל 2<br>חדרים ואחד בכל אתר משני.       | <b>5.10</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימת עגלת ציוד לאינטובציה<br>קשה ביחס של אחת לכל 4<br>חדרים, ולפחות אחת בכל אתר<br>חדרי ניתוח משניים.     | <b>5.11</b> |



| לא<br>רלוונטי | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה        | הקריטריון הנבדק                                                                                                                                                |             |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | יש מערכת לחימום חיצוני של<br>החולה בכל עמדת הרדמה<br>(כולל מחוץ לחדר ניתוח)                                                                                    | <b>5.12</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | יש מערכת גירוי עצבי ( Nerve<br>stimulator )                                                                                                                    | <b>5.13</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיים מכשיר US                                                                                                                                                  | <b>5.14</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימת מכונת הנשמה אחת                                                                                                                                          | <b>5.15</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | יש מערכת לחימום חיצוני של<br>החולה ביחס של אחת לכל 2<br>עמדות התאוששות (בכל אתר<br>התאוששות)                                                                   | <b>5.16</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיים מכשיר סופר טיפות או<br>משאבת מזרק.                                                                                                                        | <b>5.17</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | יש מנג'טות להזלפת עירוי<br>בלחץ ביחס של אחת לכל שתי<br>עמדות התאוששות, ולפחות<br>אחת בכל אתר התאוששות.                                                         | <b>5.18</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיים ברונכוסקופ פיבראופטי<br>לילדים                                                                                                                            | <b>5.19</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיים ברונכוסקופ פיבראופטי<br>למבוגרים                                                                                                                          | <b>5.20</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | הטכנולוג הרפואי מבצע מעקב<br>אחר תכנית התחזוקה היומית<br>של הציוד בחדר הניתוח כולל<br>ניקוי, חיטוי, תקינות מכונות<br>ההרדמה וציוד המרדים<br>בהתאם לנוהל הפנימי | <b>5.21</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | תדירות החלפת צנרת הרדמה<br>במכונת ההרדמה פעם ביום                                                                                                              | <b>5.22</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיימת עגלת החייאה מצוידת<br>בהתאם להנחיות                                                                                                                      | <b>5.23</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | תרופות החייאה מאורגנות<br>במגשים סגורים חתומים<br>ומתוארכים בתוך עגלת<br>החייאה ובנפרד מיתר התרופות                                                            | <b>5.24</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | מגשי התרופות מוחלפים<br>כיחידה אחת בהתאם לתאריך<br>התפוגה הקצר ביותר או לאחר<br>פתיחת המגש                                                                     | <b>5.25</b> |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <b>סיכום הפרק<br/>וממצאים עיקריים</b> |
|--|---------------------------------------|



## פרק 6 - מהלך הרדמה ותיעוד ברשומה

| קריטריון הנבדק                                                                                                                                                                                       | הנחיות לבדיקה                   | מיושם באופן מלא | מיושם באופן חלקי | לא מיושם כלל | לא רלוונטי |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|
| <b>6.1</b> קיים תיעוד של ההרדמה לפי שדות מקודדים בגיליון אלקטרוני                                                                                                                                    | תשאול מלווה/ בדיקת רשומה רפואית |                 |                  |              |            |
| <b>6.2</b> בגיליון ההרדמה מתועדים פרטי רקע כללי רפואי של המטופל כולל: שם החולה וגילו, מחלות רקע, משקל, רגישויות, בדיקה גופנית, מחלה זיהומית (חיידק עמיד) בדיקת שיניים ונתיב אוויר                    | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.3</b> בגיליון ההרדמה מתועדים פרטי רקע ניתוחי של המטופל כולל: אבחנה כירורגית ושם הניתוח המתוכנן, הערכה טרום ניתוחית כולל ASA, ניתוחים בעבר כולל סוגי הרדמות קודמות, בדיקות עזר נדרשות, פרמדיקציה | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.4</b> בגיליון ההרדמה מתועדת תנוחת החולה בניתוח                                                                                                                                                  | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.5</b> בגיליון ההרדמה מצוין סוג הניתוח שבוצע                                                                                                                                                     | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.6</b> בגיליון ההרדמה מצוינים שמות המרדימים                                                                                                                                                      | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.7</b> בגיליון ההרדמה מצוינים פרטים על סוג ההרדמה                                                                                                                                                | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.8</b> קיים תיעוד של שעות התחלת וסיום ההרדמה                                                                                                                                                     | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.9</b> בגיליון ההרדמה קיים תיעוד של כל התרופות שקיבל במהלך הניתוח                                                                                                                                | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.10</b> במקרה של אינטובציה קשה במהלך הניתוח הנוכחי רופא מרדים מומחה מציין זאת בקוד מעודכן ברשומה ומציין גם פתרונות במקרה של קושי                                                                 | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.11</b> קיים תיעוד של דופק, לחץ דם כל 5 דק לפחות                                                                                                                                                 | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |
| <b>6.12</b> מתבצע תיעוד של מתן תרופות במהלך ההרדמה                                                                                                                                                   | בדיקת גיליון הרדמה              |                 |                  |              |            |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

| לא<br>רלוונטי | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה                                   | הקריטריון הנבדק                                                                                                                                                                        |             |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               |                    |                        |                       | בדיקת גיליון<br>הרדמה                              | קיים תיעוד חום גוף המנותח<br>בניתוחים מעל שעה בתדירות<br>של כל כ-10 דקות                                                                                                               | <b>6.13</b> |
|               |                    |                        |                       | בדיקת גיליון<br>הרדמה                              | רישומי ריכוז דו-תחמוצת הפחמן<br>בסוף נשיפה $ETCO_2$ כל כ-5<br>דקות                                                                                                                     | <b>6.14</b> |
|               |                    |                        |                       | בדיקת גיליון<br>הרדמה                              | קיים תיעוד לחצי הנשמה<br>בחולה מונשם כל כ-10 דקות                                                                                                                                      | <b>6.15</b> |
|               |                    |                        |                       | בדיקת גיליון<br>הרדמה                              | קיימים רישומי ריווי חמצן<br>פליטיסמוגרפי $SpO_2$ כל כ-5<br>דקות                                                                                                                        | <b>6.16</b> |
|               |                    |                        |                       | בדיקת גיליון<br>הרדמה                              | קיים רישום מאזן נוזלים                                                                                                                                                                 | <b>6.17</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול מלווה /<br>צוות / תצפית                      | בפירוק חדר ניתוח, תרופות<br>פתוחות ומזרקים שבאו במגע<br>עם החולה מושלכים לפח<br>ייעודי, אין משאירים טוקסיקה<br>על עגלת ההרדמה ללא<br>השגחה                                             | <b>6.18</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול מלווה /<br>צוות / תצפית                      | תרופות לניתוח עתידי אינן<br>מונחות/מוכנות טרם ניקוי<br>החדר בסיום הפעולה                                                                                                               | <b>6.19</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול מלווה /<br>צוות / תצפית                      | הרופא המרדים ואחות חדר<br>ניתוח מלווים את החולה לחדר<br>התאוששות ומשגיחים עליו עד<br>סיום המדידה הראשונה של<br>הסימנים החיוניים. הרופא<br>המנתח יתלווה רק במקרים<br>רלוונטיים ומורכבים | <b>6.20</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול מלווה/<br>צוות/ תצפית/<br>תשאול בני<br>משפחה | קיימת מדיניות לעדכון<br>הקרובים הממתינים אודות<br>שלבי הטיפול השונים (ניתוח,<br>מעבר להתאוששות, מעבר<br>למחלקה)                                                                        | <b>6.21</b> |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <b>סיכום הפרק<br/>וממצאים עיקריים</b> |
|--|---------------------------------------|



## פרק 7 – התאוששות

| לא<br>רלוונטי         | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה                              | הקריטריון הנבדק                                                                                                                                                                       |             |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       |                    |                        |                       | תשאול המלווה /<br>בדיקת תכנית                 | רופא מרדים זמין 24 שעות<br>ביממה 7 ימים בשבוע , כל זמן<br>שנמצאים חולים בהתאוששות                                                                                                     | <b>7.1</b>  |
|                       |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/בדיקת מסמכים                 | הרופא האחראי בהתאוששות<br>בעל הכשרה בתחום החייאה –<br>ACLS בתוקף                                                                                                                      | <b>7.2</b>  |
|                       |                    |                        |                       | תשאול מלווה /<br>בדיקת רשומות                 | בהעברה להתאוששות נמסר<br>גיליון הרדמה מלא                                                                                                                                             | <b>7.3</b>  |
|                       |                    |                        |                       | תשאול מלווה/<br>צוות/ תצפית /<br>בדיקת רשומות | לצוות המטפל בהתאוששות<br>נמסר ומתועד המידע לגבי<br>החולה: סוג ניתוח, סוג<br>ההרדמה, רגישות לתרופות,<br>אירועים מיוחדים בניתוח<br>ובהרדמה, הוראות טיפול לאחר<br>ניתוח, ותכנית האנלגזיה | <b>7.4</b>  |
|                       |                    |                        |                       | תשאול מלווה/<br>צוות/ תצפית /<br>בדיקת רשומות | במהלך רבע השעה הראשונה<br>להגעה להתאוששות קיים<br>רישום בגיליון התאוששות של<br>הסימנים החיוניים כל חמש<br>דקות לפחות                                                                  | <b>7.5</b>  |
|                       |                    |                        |                       | תשאול מלווה/<br>צוות/ תצפית /<br>בדיקת רשומות | ברשומת המטופל יש תיעוד על<br>שעת קבלה ויציאה של<br>המטופל מהתאוששות                                                                                                                   | <b>7.6</b>  |
|                       |                    |                        |                       | תשאול מלווה/<br>בדיקת רשומות                  | רופא מרדים חותם על אישור<br>השחרור בנוכחות החולה                                                                                                                                      | <b>7.7</b>  |
|                       |                    |                        |                       | תשאול מלווה/<br>בדיקת רשומות                  | מתועד המועד בו אושר<br>השחרור ויעד השחרור                                                                                                                                             | <b>7.8</b>  |
| <b>ציוד בהתאוששות</b> |                    |                        |                       |                                               |                                                                                                                                                                                       |             |
|                       |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/תצפית ובדיקה                 | קיימת עגלת החייאה מצידת<br>בהתאם להנחיות                                                                                                                                              | <b>7.9</b>  |
|                       |                    |                        |                       | תשאול המלווה /<br>תצפית                       | קיימת מכונת הנשמה אחת                                                                                                                                                                 | <b>7.10</b> |
|                       |                    |                        |                       | תשאול המלווה /<br>תצפית                       | קיים מכשיר אק"ג                                                                                                                                                                       | <b>7.11</b> |
|                       |                    |                        |                       | תשאול המלווה /<br>תצפית                       | קיים מכשיר דפיברילטור<br>ביפאזי                                                                                                                                                       | <b>7.12</b> |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

| לא<br>רלוונטי | לא<br>מיושם<br>כלל | מיושם<br>באופן<br>חלקי | מיושם<br>באופן<br>מלא | הנחיות<br>לבדיקה        | הקריטריון הנבדק                                            |             |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | קיים דפיברילטור עם קוצב<br>חיצוני                          | <b>7.13</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | מערכת לחימום חיצוני של<br>החולה                            | <b>7.14</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | מכשיר סופר טיפות או משאבת<br>מזרק                          | <b>7.15</b> |
|               |                    |                        |                       | תשאול המלווה<br>/ תצפית | מנג'טות להזלפת עירוי בלחץ<br>ביחס אחת בכל אתר<br>התאוששות. | <b>7.16</b> |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <b>סיכום הפרק<br/>וממצאים עיקריים</b> |
|--|---------------------------------------|



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

### סיכום והתרשמות כללית מהבקרה

| לשיפור | לשימור |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |



מינהל הרפואה  
האגף לרפואה כללית  
General Medicine Department

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## **סימוכין**

### **פרק 2**

חוזר מס' 03/2019 "ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים"

[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr03-2019/he/files\\_circulars\\_mr\\_mr03\\_2019.pdf](https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr03-2019/he/files_circulars_mr_mr03_2019.pdf)

חוזר מס' 42/2011 "העברת מטופל במצב קריטי"

[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr42-2011/he/files\\_circulars\\_mr\\_MR42\\_2011.pdf](https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr42-2011/he/files_circulars_mr_MR42_2011.pdf)

עדכון חוזר היגיינת ידיים – תוספת לחוזר 24/2009 . חוזר מס' 42/2009 " היגיינת ידיים במוסדות רפואיים"

[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr24-2009/he/files\\_circulars\\_mr\\_mr24\\_2009.pdf](https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr24-2009/he/files_circulars_mr_mr24_2009.pdf)

חוזר מנהל הרפואה מס' 17/2020 " הנחיות לניקוי וחיטוי הסביבה הטיפולית"

נהלים למניעת זיהומים בחדרי ניתוח 24/2001

אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים" חוזר מנהל רפואה 10/2010

### **פרק 3**

חוזר מנהל הרפואה 04/2018 " סימון אתר לצורך פעולה פולשנית מניעת טעויות בזיהוי איברים המיועדים לניתוח"

[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr04-2018/he/files\\_circulars\\_mr\\_mr04\\_2018.pdf](https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr04-2018/he/files_circulars_mr_mr04_2018.pdf)

חוזר חטיבת הרפואה מס' 04/2022 "וידוא מוכנות המטופל וחדר ניתוח לניתוח / פעולה פולשנית"

[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr04-2022/he/files\\_circulars\\_mr\\_mr04\\_2022.pdf](https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mr04-2022/he/files_circulars_mr_mr04_2022.pdf)