



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GC-302	מכון M.R.I
עמוד 1 מתוך 4	בי"ח / קהילה - מכונים
23.08.2022	מהדורה 1, תאריך עדכון:

קוד חדר (דפי מידע ומערך)	הערות	סה"כ נטו במ"ר	שטח יח' במ"ר	מס' יחידות	שם החדר	מס'
	לעמדת קבלה אחת. לכל עמדה נוספת ידרשו 5 מ"ר	5	5	1	דלפק קבלה ותמך אדמיניסטרטיבי	1
	מחושב לפי 4 מקומות המתנה לפחות לחדר MRI. תתכן המתנה משותפת מרכזית למספר מכונים. חישוב שטח: עד 4 עמדות המתנה לפי 2 מ"ר נטו לעמדה, לכל עמדה נוספת 1.2 מ"ר נטו לפחות.	8	8	1	המתנה	2
G-TLT	תא נגיש. באזור ציבורי בקרבת ההמתנה.	3	3	1	שירותי קהל	3
	לפחות 2 עמדות לחדר MRI. ניתן לשלב מיטות וכורסאות. השטח מתאים ל 2 עמדות, לכל עמדה נוספת ידרשו 10 מ"ר נטו. תכולה: כיור שטיפת ידיים (1) לכל 4 עמדות), עמדת עבודה ממוחשבת, ארון סגור, עגלת החייאה, עגלת אחות, עגלת טיפול, עגלת כבסיה נקייה, אוגר כביסה.	25	25	1	חדר קבלה והכנה/ השהיה	4
		6	6	1	חדר אחסון תרופות	5
	לכל חדר MRI מומלץ 2 תאים עם לוקר לשמירת חפצים אישיים בכל תא, אחד לפחות יהיה נגיש. מינימום תא אחד נגיש עם 2 לוקרים	7	2,5	2	תאי הלבשה ולוקרים למטופלים	6
	2 כסאות המתנה לכל חדר MRI - במעבר בין ההכנה לחדר MRI. *גלאי מתכות בכניסה.	*	*	*	המתנת למטופלים אחרי הכנה	7

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GC-302	מכון M.R.I
עמוד 2 מתוך 4	בי"ח / קהילה - מכונים
23.08.2022	מהדורה 1, תאריך עדכון:

G-TLT	תא נגיש. באזור המוגבל לתנועת מטופלים וצוות בלבד.	3	3	1	שירותי מטופלים	8
	שטח וממדי החדר (אורך/רוחב) וגובה החדר יותאמו לנתוני המכשיר ודרישות המינימום שהגדיר הספק בתוספת מרחב תנועה ולא פחות מהמינימום הנדרש ע"י היחידה לפיקוח על הקרנה, משרד הבריאות.	*	*	*	חדר MRI	9
		8	8	1	חדר מכונות	10
		8	8	1	חדר בקרה	11
		10	10	1	פענוח	12
S-DOF	חדרי מהל/ת מכון, כתיבת דוחות וכו' - כמות בהתאם להגדרת המשתמש.	*	10	*	משרד/חדר עבודה	13
S-KTC	יכול להיות משותף למספר פונקציות.	*	*	*	פינת מטבחון צוות	14
S-LCKR	שטח יחושב לפי כמות ותמהיל הצוות, הפרדה גברים/נשים. אפשרי באזור שרות משותף. כאשר המרחק מדלת הכניסה הראשית למכון אל המלתחות באותו מפלס עולה על 75 מטר, יש להקצות תא שירותים לצוות בסמיכות למכון.	*	*	*	מלתחות צוות (כולל תא מקלחת ותא שירותים)	15
S-TLT	אופציונלי – תלוי מיקום מלתחות. (ראה הערות בסעיף מלתחות)	3	3	1	שירותי צוות	16
	בהתאם לצורך/שיטת תפעול. חובה הפרדה בין סוגי האחסון: כביסה נקיה, משקי, ציוד רפואי מתכלה, מכשור רפואי. בחדרים או ארונות ייעודיים, בהתאם לסוג והיקף ציוד נדרש.	*	*	*	אחסון כללי	17

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GC-302	מכון M.R.I
עמוד 3 מתוך 4	בי"ח / קהילה - מכונים
23.08.2022	מהדורה 1, תאריך עדכון:

L-JCL	אפשרי באזור שרות משותף. תכולה: עביט שפכים (סלופסינק), תשתית של 4 צול ומקום לאחסון ציוד וחומרי ניקוי.	4	4	1	חדר ניקיון	18
	אופציונלי - במידה וקיים. יש להתאים לציוד הקיים+ חשמל, מים וביוב	*	3	*	נישה לעגלת שטיפה	19
L-DLIN	אפשרי משותף באזור שרות קומתי. לא נדרש כשמכון עובד עם חד פעמי.	4	4	1	חדר כביסה מלוכלכת	20
L-WST	אפשרי משותף באזור שרות קומתי. עבור פסולת רגילה בלבד. פסולת זיהומית (פריטים חדים) תטופל בהתאם לנוהל משרד הבריאות.	4	4	1	חדר אשפה	21
	חלק מהפונקציות יכולות להיות משותפות/קומתיות - תלוי תכנון ומקום.	*	*	*	מערכות (חשמל, תקשורת מחשבים, תקשורת טלפוניה, גדים רפואיים, מ"א)	22
		*			סה"כ שטח נטו	

סעיפים משלימים:

- הפרוגרמה מציגה את מכלול הצרכים למכון חדש עם חדר MRI אחד. בכל מצב אחר (מכון גדול יותר ו/או מכון שהוא חלק ממערך הדימות) יש להתאים את הפרוגרמה מול הנהלת המוסד ולאשרה מול משרד הבריאות (אגף תכנון)
- הפרוגרמה מציגה שטחי נטו בלבד. על זה יתווסף מקדם ברוטו נטו בשיעור של כ 1.5-1.7. מעבר לשטחים אלו, יש לקחת בחשבון שטחים נוספים ברמת הבנין ככל שידרשו, עבור מערכות תנועה בינייניות, לוביים ושטחים טכנים.
- ניתן להציע איחוד פונקציות לוגיסטיות ומינהלתיות עבור מספר מכונים הנמצאים בקומה אחת, בכפוף לאישור פרוגרמטי והצגת התכנון המוצע לאישור משרד הבריאות כאמור לעיל.
- יש לבצע התאמה של הפרוגרמה לתקנות ותקנים נוספים, לרבות תקנות הנגישות (בהתאמה למבנה קיים/חדש), מיגון, בטיחות וכו'.

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה אגף תכנון	
GC-302	מכון M.R.I
עמוד 4 מתוך 4	בי"ח / קהילה - מכונים
23.08.2022	מהדורה 1, תאריך עדכון:

מסמכים משלימים לפרוגרמה:

א. מסמך (קובץ) הנחיות לתכנון מכוני דימות.

ב. מסמכי (קבצי) הנחיות משולבים הכוללים דף מידע לחדר (RDS) ותרשים מערך לחדר (RLS) כפי שרשום עבור כל חלל.

ג. היחידה לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה, נוהל "הנחיות לבקשת רישיון קרינה" העדכני
(<https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/RegulationRadiation/Pages/Regulations.aspx>)