

ד' אלול תשע"ח
 15 אוגוסט, 2018

תעודת אישור דגם למד מים אולטרה סוני SONATA

 אישור מספר
 מועד פקיעה
 IL 02.001.18
 15/08/2019

פרטי היצרן		
שם היצרן וארץ ייצור	חברת ארד דליה בע"מ	ישראל, קיבוץ דליה, מיקוד: 1923900
נציג היצרן בישראל וכתובתו		

פרטי מד מים								
ספיקה Q ₃	2.5	2.5	4	4	4	10	10	10
גודל נומינאלי DN	20	20	20	20	20	25	25	25
יחס ספיקות R (Q ₃ /Q ₁)	500	800	500	800	800	500	800	800
חומר גלם גוף (חוג"ג)	פלסטיק							

פרטים אודות נספחי הבחינה על פיהן אושר הדגם				
תקן	היתר	תאריך	ארץ בדיקה	
דגם SONATA	ת"י 63 מת"י	78077	15/11/2017	ישראל
אישור בחינה	חסר			
התאמה למי שתיה, דגם SONATA	ת"י 5452	9512214255	31/12/2015	ישראל

פרטים משלימים, מגבלות והתניות לאישור	
1.	מנגנונים מאושרים למדים: אלקטרוני לא משדר, אנקודר אלקטרוני, פלט פולס, 3G רדיו משדר, EW, MBUS/OMS/SIGFOX.
2.	חובה להוסיף "אישור מספר" המופיע בתעודה זו כסימון של מדי המים.
3.	הארכת האישור מותנית בעמידה בדרישות התקן על פיו אושר המד.
4.	מבדקות מאושרות – מי מרום, ארד דליה.
5.	בדיקת בורות - ב- 3 ספיקות: Q ₁ ו- Q ₂ מותרת סטייה כפולה בדיוק המדידה.
6.	בדיקה תקופתית – לגודל נומינאלי DN20 לפחות פעם ב- 6 שנים, לגודל נומינאלי DN25 לפחות פעם ב- 5 שנים.
7.	הוראת התקנה – ע"פ המלצת היצרן.



מנהל רשות המים

ד' אלול תשע"ח
 15 אוגוסט, 2018

תעודת אישור דגם למד מים רב זרמי CARMEL

 אישור מספר
 מועד פקיעה
 IL 02.002.18
 15/08/2019

פרטי היצרן		
שם היצרן וארץ ייצור	חברת ארד דליה בע"מ	ישראל, קיבוץ דליה, מיקוד: 1923900
נציג היצרן בישראל וכתובתו		

פרטי מד מים							
שם משפחת מדי המים		כרמל		כרמל UFR			
ספיקה Q ₃		1.6		1.6		1.6	
גודל נומינאלי DN		15/20		20		15/20	
יחס ספיקות R (Q ₃ /Q ₁)		50		50		50	
חומר גלם גוף (חוג"ג)		פליז		פלסטיק		פלסטיק	

פרטים אודות נספחי הבחינה על פיהן אושר הדגם				תקן	
תקן	היתר	תאריך	ארץ בדיקה		
דגם CARMEL	ת"י 63 מת"י	78077	15/11/2017	ישראל	
אישור בחינה	חסר				
התאמה למי שתיה, פליז	ת"י 5452	9712200842	2/08/2017	ישראל	
התאמה למי שתיה, פלסטיק	ת"י 5452	9312227646	9/04/2014	ישראל	
התאמה למי שתיה, UFR	ת"י 5452	9112263831	13/05/2013	ישראל	

פרטים משלימים, מגבלות והתניות לאישור	
1.	מנגנונים מאושרים למדים מפליז: 3P, 3G-GK, 3G, 3P, 3G-GK. לפלסטיק UFR: 3P, 3G-GK.
2.	חובה להוסיף "אישור מספר" המופיע בתעודה זו כסימון של מדי המים.
3.	הארכת האישור מותנית בעמידה בדרישות התקן על פיו אושר המד.
4.	מבדקות מאושרות, בדיקת בוררות, בדיקת תקופתית – על פי הגדרת כללי מדידת מים.
5.	הוראת התקנה – ע"פ המלצת היצרן.

 גיורא שחם
 מנהל רשות המיסים

ד' אלול תשע"ח
 15 אוגוסט, 2018

תעודת אישור דגם למד מים רב זרמי Q

 אישור מספר
 מועד פקיעה
 IL 02.003.18
 15/08/2019

פרטי היצרן		
שם היצרן וארץ ייצור	חברת ארד דליה בע"מ	ישראל, קיבוץ דליה, מיקוד: 1923900
נציג היצרן בישראל וכתובתו		

פרטי מד מים						
ספיקה Q ₃	1.6	2.5	2.5			
גודל נומינאלי DN	20	20	20			
יחס ספיקות R (Q ₃ /Q ₁)	50	50	80			
חומר גלם גוף (חוג"ג)	פליז					

פרטים אודות נספחי הבחינה על פיהן אושר הדגם				
תקן	היתר	תאריך	ארץ בדיקה	
דגם Q	ת"י 63 מת"י	78077	15/11/2017	ישראל
אישור בחינה	חסר			
התאמה למי שתיה, דגם Q	ת"י 5452	9712211649	24/12/2017	ישראל

פרטים משלימים, מגבלות והתניות לאישור
1. מנגנונים מאושרים למדים: 3P, 3G, 3G-GK. 2. חובה להוסיף "אישור מספר" המופיע בתעודה זו כסימון של מדי המים. 3. הארכת האישור מותנית בעמידה בדרישות התקן על פיו אושר המד. 4. מבדקות מאושרות, בדיקת בורות, בדיקה תקופתית – על פי הגדרת כללי מדידת מים. 5. הוראת התקנה – ע"פ המלצת היצרן.



מנהל רשות המים

ד' אלול תשע"ח
 15 אוגוסט, 2018

תעודת אישור דגם למד מים רב זרמי M, M-SLB

 IL 02.004.18
 15/08/2019

 אישור מספר
 מועד פקיעה

פרטי היצרן		
שם היצרן וארץ ייצור	חברת ארד דליה בע"מ	ישראל, קיבוץ דליה, מיקוד: 1923900
נציג היצרן בישראל וכתובתו		

פרטי מד מים							
שם משפחת מדי המים	M			SLB-M			
ספיקה Q_3	4			4			
גודל נומינאלי DN	25			20			
יחס ספיקות $R (Q_3/Q_1)$	50			80			
חומר גלם גוף (חוג"ג)	פליז			פליז			

פרטים אודות נספחי הבחינה על פיהן אושר הדגם				
תקן	היתר	תאריך	ארץ בדיקה	
דגם M, M-SLB	ת"י 63 מת"י	78077	15/11/2017	ישראל
אישור בחינה	חסר			
התאמה למי שתיה, דגם M-SLB	ת"י 5452	9412209061	19/06/2014	ישראל
התאמה למי שתיה, דגם M	ת"י 5452	9512219448	21/07/2015	ישראל

פרטים משלימים, מגבלות והתניות לאישור	
1.	מנגנונים מאושרים למדים: 3G, 3P, 3G-GK.
2.	חובה להוסיף "אישור מספר" המופיע בתעודה זו כסימון של מדי המים.
3.	הארכת האישור מותנית בעמידה בדרישות התקן על פיו אושר המד.
4.	מבדקות מאושרות, בדיקת בוררות, בדיקת תקופתית – על פי הגדרת כללי מדידת מים.
5.	הוראת התקנה – ע"פ המלצת היצרן.

גנרל שחם

מנחה רשות המיס

ד' אלול תשע"ח
 15 אוגוסט, 2018

תעודת אישור דגם למד מים רב זרמי MJ-B1

 IL 04.005.18
 15/08/2019

 אישור מספר
 מועד פקיעה

פרטי היצרן		
שם היצרן וארץ ייצור	דורות מגופי פיקוד	ישראל, קיבוץ דורות, ד.ג. חוף אשקלון 7917500
נציג היצרן בישראל וכתובתו		

פרטי מד מים					
ספיקה Q_3	1.6	2.5	4	4	4
גודל נומינאלי DN	15/20	20	20	20	25
יחס ספיקות $R (Q_3/Q_1)$	50	50	63	50	50
חומר גלם גוף (חוג"ג)	פליז				

פרטים אודות נספחי הבחינה על פיהן אושר הדגם				
תקן	היתר	תאריך	ארץ בדיקה	
דגם MJ-B1	ת"י 63 מת"י	83891	20/02/2018	ישראל
אישור בחינה	חסר			
התאמה למי שתיה, דגם MJ-B1	ת"י 5452	9612224893	21/05/2017	ישראל

פרטים משלימים, מגבלות והתניות לאישור	
1.	מנגנונים מאושרים למדים: AMR, AMR-B.
2.	חובה להוסיף "אישור מספר" המופיע בתעודה זו כסימון של מדי המים.
3.	הארכת האישור מותנית בעמידה בדרישות התקן על פיו אושר המד.
4.	מבדקות מאושרות, בדיקת בוררות, בדיקה תקופתית – על פי הגדרת כללי מדידת מים.
5.	הוראת התקנה – ע"פ המלצת היצרן.

 מנכ"ל רשות המים
 מנחם שחם

ד' אלול תשע"ח
 15 אוגוסט, 2018

אישור דגם למד מים רב זרמי MV-MA

 אישור מספר
 מועד פקיעה
 IL 07.006.18
 15/08/2019

פרטי היצרן		
שם היצרן וארץ ייצור	מדי ורד בע"מ	ישראל, קרית גת, ת.ד. 8628, מיקוד 8502195
נציג היצרן בישראל וכתובתו		

פרטי מד מים						
ספיקה Q_3	2.5	2.5	4			
גודל נומינאלי DN	15/20	15/20	20			
יחס ספיקות $R (Q_3/Q_1)$	63	100	100			
חומר גלם גוף (חוג"ג)	פליז					

פרטים אודות נספחי הבחינה על פיהן אושר הדגם				
תקן	היתר	תאריך	ארץ בדיקה	
דגם MV-MA	ת"י 63 מת"י	85280	16/08/2017	ישראל
אישור בחינה	חסר			
התאמה למי שתיה, דגם MV-MA	ת"י 5452	9712206346	17/05/2017	ישראל

פרטים משלימים, מגבלות והתניות לאישור	
1.	מוגזרים מאושרים למדים: קר"מ, קר"מ שבת, מכאני, מכאני עם פלט.
2.	חובה להוסיף "אישור מספר" המופיע בתעודה זו כסימון של מדי המים.
3.	הארכת האישור מותנית בעמידה בדרישות התקן על פיו אושר המד.
4.	מבדקות מאושרות, בדיקת בורות, בדיקה תקופתית – על פי הגדרת כללי מדידת מים.
5.	הוראת התקנה – ע"פ המלצת היצרן.



מנהל רשות המים

ד' אלול תשע"ח
 15 אוגוסט, 2018

תעודת אישור דגם למד מים רב זרמי TAMAR

 אישור מספר
 מועד פקיעה

 IL 12.007.18
 15/08/2019

פרטי היצרן		
שם היצרן וארץ ייצור	גת מדי מים	ישראל, קרית גת, מיקוד 82023
נציג היצרן בישראל וכתובתו		

פרטי מד מים						
ספיקה Q_3	1.6	2.5				
גודל נומינאלי DN	20	20				
יחס ספיקות $R (Q_3/Q_1)$	50	50				
חומר גלם גוף (חוג"ג)	פליז					

פרטים אודות נספחי הבחינה על פיהן אושר הדגם			
תקן	היתר	תאריך	ארץ בדיקה
דגם TAMAR	ת"י 63 מת"י	85134	15/03/2017
אישור בחינה	חסר		ישראל
התאמה למי שתיה, דגם TAMAR	ת"י 5452	9712209107	27/07/2017
			ישראל

פרטים משלימים, מגבלות והתניות לאישור
1. מנגנונים מאושרים למדים: 3P. 2. חובה להוסיף "אישור מספר" המופיע בתעודה זו כסימון של מדי המים. 3. הארכת האישור מותנית בעמידה בדרישות התקן על פיו אושר המד. 4. מבדקות מאושרות, בדיקת בוררות, בדיקה תקופתית – על פי הגדרת כללי מדידת מים. 5. הוראת התקנה – ע"פ המלצת היצרן.

 גיורא שחם

 מנהל רשות המים

ד' אלול תשע"ח
 15 אוגוסט, 2018

תעודת אישור דגם למד מים וולטמן WPD

IL 05.006.18	אישור מספר
15/08/2019	מועד פקיעה

פרטי היצרן		
SAARBRUKEN, GERMANY	ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG	שם היצרן וארץ ייצור
ישראל, חיפה, דישראלי 53 מיקוד: 3433333	זנר ישראל בע"מ	נציג היצרן בישראל וכתובתו

פרטי מד מים		
40	25	ספיקה Q_3
50	50	גודל נומינאלי DN
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200	40, 50, 63, 80, 100, 125	יחס ספיקות $R (Q_3/Q_1)$
יציקת מתכת	יציקת מתכת	חומר גלם גוף (חוג"ג)

פרטים אודות נספחי הבחינה על פיהן אושר הדגם				
תקן	היתר	תאריך	ארץ בדיקה	
דגם WPD	ת"י 63 מת"י	9613221869	15/09/2016	ישראל
		9713206834	13/03/2017	ישראל
אישור בחינה	חסר			
התאמה למי שתיה, דגם WPD	ת"י 5452	9612221131	01/12/2016	ישראל

פרטים משלימים, מגבלות והתניות לאישור
1. מנגנונים מאושרים למדים: מנגנון מכאני 6R MD. 2. חובה להוסיף "אישור מספר" המופיע בתעודה זו כסימון של מדי המים. 3. הארכת האישור מותנית בעמידה בדרישות התקן על פיו אושר המד. 4. מבדקות מאושרות, בדיקת בוררות, בדיקה תקופתית – על פי הגדרת כללי מדידת מים. 5. הוראת התקנה – ע"פ המלצת היצרן.



מנהל רשות המים