

נוהל בריאות השן מס': 1.2	מהדורה מס': 5, עודכן : 19 מרץ 2019
דף 1 מתוך 2 דפים	תאריך תוקף : 1.06.2019
הנושא : מרפאות שיניים	
הנדון: הנחיות בדבר ציוד דנטלי במרפאות שיניים	

סימוכין: הנחיות בריאות השן 1.2 מהדורה מספר 4 מתאריך 05/2008 (מספר שרדוקס 424656018) להלן ההנחיות בנושא שבנדון המעדכנות ומבטלות את ההנחיות שבסימוכין. הנחיות אלו מתבססות על חוזרים ונוהלים של המשרד והכרעת כל דין.

1. כללי:

במרפאות שיניים מתבצעות פעולות רפואיות קליניות וכירורגיות אשר מחויבות הימצאות ציוד מתאים לשיטות עבודה עדכניות.

2. מטרה:

קביעת סטנדרטים לציוד בסיסי בכל מרפאות שיניים אשר ייתן מענה הולם לצרכים הטיפוליים במרפאה.

3. אחריות:

- 3.1. רופאי שיניים.
- 3.2. מנהלי מרפאות שיניים.
- 3.3. רופאי שיניים מחוזיים.
- 3.4. בעלי מרפאות תאגידים.

4. אזכורים:

- 4.1. [הנחיות למניעת העברת זיהומים במרפאות שיניים^a](#)
- 4.2. [הנחיות בדבר הגנה מפני קרינה במרפאות שיניים^b](#)
- 4.3. חוזר חטיבת הרפואה: [ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים^c](#).
- 4.4. חוזר חטיבת הרפואה: [סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים^d](#).
- 4.5. [הנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים^e](#).

5. חלות:

- 5.1. מרפאות שיניים פרטיות.
- 5.2. מרפאות שיניים במוסדות.
- 5.3. מרפאות שיניים של תאגידים.

6. ציוד דנטלי:

- 6.1. במרפאות שיניים יימצאו בכל עת הציוד והמכשירים הדנטליים הדרושים למתן טיפול שיניים נאות כשהם תקינים וזמינים כמפורט בסעיפים הבאים.

7. ציוד בסיסי:

- 7.1. כסא דנטלי הניתן להסטה לתנוחת שכיבה בלחיצת כפתור (מומלץ בהפעלה רגלית).
- 7.2. מנורה דנטלית מעל לכסא הדנטלי.
- 7.3. מעקר אוטוקלאב.

- 7.4. מערכת שאיבת נוזלים - HIGH POWER SUCTION.
7.5. מכשיר רנטגן דנטלי בעל רשיון בתוקף מהיחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה ובהתאם להנחיות בדבר הגנה מפני קרינה במרפאות שיניים.

8. מזרקים :

מזרקים להזרקת חומר אלחוש בקרפולה יהיו בעלי אפשרות לאספירציה, על-מנת לאפשר וידוא הזרקת שלא בתוך כלי דם כמפורט בחוזר המנהל הכללי 9/86.

9. ציוד נוסף :

- 9.1. כפפות לשימוש חד פעמי.
9.2. מסכות לשימוש חד פעמי.
9.3. אמצעי הגנה לעיני הרופא, הסייעת והמטופל.
9.4. ערכה לסכר גומי.
10. ציוד החייאה :
10.1. ערכת החייאה בסיסית ניידת כמפורט בחוזר חטיבת הרפואה ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים (ראה נספח ג של חוזר חטיבת הרפואה) ומיקומה ישולט באופן ברור.
10.2. מומלץ כי כל ערכת החייאה בסיסית ניידת תכיל דפיברילטור בי פאזי או שתהיה בה הכוונה למיקום מכשיר דפיברילטור קרוב.
10.3. בכל מרפאת שיניים הכוללת 5 עמדות ומעלה, בנוסף לערכת ההחייאה הבסיסית הניידת, יצורף לערכת ההחייאה הבסיסית דפיברילטור בי פאזי.
10.4. הוראות שימוש לציוד המפורט בסעיפים לעיל.

11. ציוד נוסף להרדמה וסדציה :
במרפאה בה מבצעים טיפולי שיניים תחת סדציה או הרדמה כללית יימצא גם הציוד המפורט בחוזר חטיבת הרפואה סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים.

12. סילוק פסולת
12.1. מיכלים לסילוק פסולת כמפורט בהנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים.

אושר על- ידי :  פרופ' שלמה זוסמן מנהל האגף לבריאות השן	מהדורה זאת עודכנה על ידי : ד"ר דוד ילון – הנחיות וסטנדרטים
---	--

^a קישור עודכן ספטמבר 2024
^b קישור עודכן ספטמבר 2024
^c קישור עודכן ספטמבר 2024
^d קישור עודכן ספטמבר 2024
^e קישור עודכן ספטמבר 2024