

שירותי אשפוז

חוזר מס' 63/86

ירושלים, טו' בסיון, תשמ"ו
22 ביוני, 1986

תיק מס 4/3/200

אל: כל מנהלי בתי-החולים הכלליים

הנדון: א. מיכשור וציוד להרדמה בחדרי ניתוח - החזקה והפעלה במצב תקין
ב. שימוש בנוטרי חמצן

לאחר שהנושא נדון בוועדה המייעצת לכירורגיה והרדמה ובהתאם לבקשת המנהל הכללי, אנו מצרפים בזה העתק מחוזרנו מ-3.12.84, מס' 133/84 בנדון.

מסעמים מובנים של חשיכות הנושא הנכם מתבקשים לוודא שוב כי אכן תהיה הקפדה על מילוי ההוראות בכל הקשור בהמצאות המיכשור, בהפעלתו והשימוש בנוטרי חמצן בחדרי הניתוח, כנדרש.

לוטה: חוזר

בכבוד רב,

ד"ר מ. משיח
ראש שירותי אשפוז

העתק: למנהל הכללי
ליו"ר הוועדה המייעצת לכירורגיה והרדמה
בס/מע/1073

שרותי אשפוז

חוזר מס' 133/84

ירושלים
ט' כסליו התשמ"ה
3 בדצמבר 1984

תיק מס' 4/3/200

כח ק

אל: כל מנהלי בתי החולים הכלליים

הנדון: - (א) מיכשור וציוד להרדמה בחדרי ניתוח - החזקה והפעלה במצב תקין
(ב) שימוש בנוטרי חמצן

לאור מקרה מצער של תקלה בפעולת מכונת ההרדמה במהלך ניתוח, אשר כתוצאה ממנה נגרם למנותח נזק מוחי קשה. מונחה ועדה לבדיקת הנושא על ידי מנכ"ל משרדנו.

הועדה חקרה ובדקה את פרטי המקרה והגישה המלצות, שנתקבלו על ידי המנכ"ל, כמפורט להלן:

(א) יש לדאוג לכך כי עוזרי המרדמים יהיו אנשים בעלי הכשרה מתאימה ומיומנות (למיכשור ולא לבצוע ההרדמה), כמתבקש מתפקידם האחראי.

יש להימנע מלהמשיך ולהעסיק בחדרי ניתוח עובדים בלתי כשירים לעיסוק אחראי זה.

(ב) יש לצייד את כל חדרי הניתוח בנוטרי חמצן (OXYGEN MONITOR) במערכת ההנשמה של מיכשור ההרדמה. נוטרים אלה יש בהם כדי למנוע את התקלה שאירעה במקרה הנדון (או תקלות דומות אחרות).

הערה לגבי מוסדות משרדנו הגיעה ועדת הרכישות המרכזית להסכם, לפיו ירכש מחברת "מדיקס" המכשיר OXYGEN MONITOR WITH ALARM (INCL/SENSOR GALVANIC)

המס' קטלוגי 143-000, במחיר של 274,040 שקל (ללא מע"מ), כאשר התשלום יבוצע תוך 30 יום מתום חודש ההספקה.

המחיר הנו בתוקף רק עד 30 לינואר 1985.

חובה על מוסדותינו לפעול בהתאם להסכם זה.

ג) יש לסמן את צנורות אספקת הגזים המרכזיים, בנפרד - לחמצן ול-^{N₂}20

ד) יש להנהיג שיטה שתבטיח החזקת הציוד החיוני בחדרי הניתוח באופן תקין, ולמסור מידע אודותיו עם חילופי המשמרות, וכן נוהל דיווח על תקלות.

ה) כל רופא מרדים חייב לוודא, בערס יתחיל בפעולת ההרדמה, שמצב מיכשור ההרדמה אכן תקין, כולל מערכת צנורות הגזים, מאספקתם המרכזית ועד לחיבורים המתאימים במכונת ההרדמה, ומן המכונה לחולה,

עלינו לציין כי המלצות - הוראות אלו הנן כלליות, ויש ליישמן בכל בית חולים בו מתבצעים ניתוחים לסוגיהם, תוך שימת דגש והקפדה על כל יתר הפרטים הרשומים למניעת תקלות למיניהן בהרדמת חולים, על תוצאותיהן העגומות.

הואילו להביא זאת לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם, ולוודא כי יפעלו בהתאם.

ב ב ר כ ה,

ד"ר מ. משיח
ראש שרותי אשפוז

ב

העתק: למנהל הכללי
ליו"ר הועדה המייעצת לכירורגיה והרדמה