




חטיבת הרפואה משרד הבריאות
Medical Directorate Ministry of Health
המחלקה הארצית לפיזיותרפיה National Physiotherapy Administration

נוהל מניעת זיהומים בבריכה טיפולית

תוספת לנוהל שירותי פיזיותרפיה בבתי חולים,

חוזר מנהל 14/2011

 אושר ע"י דר' ורד עזרא ראש חטיבת הרפואה	 אילה פרג פיזיותרפיסטית ראשית
--	--

חטיבת הרפואה משרד הבריאות
Medical Directorate Ministry of Health
המחלקה הארצית לפיזיותרפיה National Physiotherapy Administration

17 מאי 2018
ג' סיון תשע"ח

נוהל מניעת זיהומים בבריכה טיפולית

נספח לנוהל שירותי פיזיותרפיה בבתי חולים, חוזר מנהל 14/2011

רקע:

טיפול פיזיותרפיה במים (הידרותרפיה) הינו אחד מאמצעי הטיפול בפיזיותרפיה. בהתאם להחלטת הפיזיותרפיסט המטפל, טיפול במים יכול לשמש מרכיב בשיקום המטופל. על מנת ליצור סביבה טיפולית בטוחה ונקיה מזיהומים, הן למטופלים והן למטפלים, מפעיל הבריכה נדרש לתפעל ולתחזק את הבריכה וסביבתה על פי הוראות כל דין. בכלל זה, מפעיל הבריכה ינהג על פי התקנות וההנחיות שקבע משרד הבריאות וביניהן, ניטור איכות המים המיקרוביאלית והפיזיקו-כימית.

בנוסף, על כלל המטפלים בסביבת הבריכה לנהוג בהתאם להוראות המפורטות להלן.

קישור להנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד:

https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Pages/default.aspx

הוראות :

1. מטופל יכנס לבריכה טיפולית רק באם לא קיימת לגביו התווית נגד, כפי שיפורט להלן (סעיף 4).

2. על אנשי הצוות המטפלים בבריכה טיפולית לוודא כי:

2.1. לא קיימות התוויות נגד לטיפול בהידרותרפיה;

2.2. המטופל התרוקן כנדרש טרם הטיפול.

3. הוראות טיפול במטופל בבידוד מגע:

3.1.1. מטפל ביבשה, המעביר מטופל באמצעות מנוף, יחטא ידיים וילבש כפפות;

3.1.2. מטפל ביבשה ילבש גם חלוק, במקרים בהם נוצר מגע בין בגדיו לגוף המטופל;

3.1.3. מטפל ביבשה יסיר את החלוק, הכפפות ויחטא ידיים בסיום העברת המטופל;

3.1.4. האזור היבש של המנוף ינוקה במטליות אנטיגון בכל סיום טיפול ובסוף היום;

3.1.5. אין צורך בצידוד מגן למטפל המבצע טיפול בתוך הבריכה או נרטב במי הבריכה;

3.1.6. כיסא הגלגלים, ערסל המנוף וחלוק הרחצה של המטופל יסומנו וישמרו בפינה מרוחקת מצידוד משותף.

חטיבת הרפואה משרד הבריאות
Medical Directorate Ministry of Health
המחלקה הארצית לפיזיותרפיה National Physiotherapy Administration

4. התוויות נגד לטיפול בהידרותרפיה:

4.1. מטופלים בבידוד:

4.1.1. בידוד אוויר;

4.1.2. בידוד נגיפי נשימה;

4.1.3. בידוד מגע 5000 (קלוסטרדיום);

4.1.4. בידוד מגע להרפס זוסטר.

4.2. מחלה זיהומית חריפה עם חום;

4.3. שלשולים ו/או הקאות;

4.4. דלקת חריפה בדרכי השתן;

4.5. אי שליטה על הסוגר האנלי, שלא הוכן כראוי (ראה סעיף 6);

4.6. פצעים, למעט פצע שטחי קטן;

4.7. פריחה על העור שסיבתה אינה ידועה;

4.8. קיבוע חיצוני (External Fixation);

4.9. צנתר ורידי מרכזי;

5. נקזים לאיבר פנימי (נפרוסטום, נקז לדרכי מרה, נקז לפלאורה וכד').

טיפול באירוע דליפת צואה בבריכה:

5.1. יש לפעול על פי הנחיות משרד הבריאות בקישור שלעיל;

5.2. ימולא דו"ח אירוע.

6. הכנת מטופל עם אי שליטה על סוגר אנלי במחלקה

6.1. יש לרוקן את המטופל באופן יזום בבוקר הטיפול ולתעד זאת ברשומה;

6.2. מטופל שלא עבר ריקון מסיבה כלשהיא לא ישלח לבריכה;

6.3. יש לשקול שימוש ב Anal Plug ;

6.4. יש לרחוץ את האזור הגניטלי ולהלביש תחתוני ניילון ייעודיים;

6.5. מטופל שנזקק למנוף ישלח, יושב על הערסל האישי שלו.

7. ניקיון:

יש לבצע ניקיון שיגרתי בכל אזור הבריכה תוך הקפדה על הציוד המשותף והמלתחות.

אחריות וסמכות:

על מנהל שירות הפיזיותרפיה לוודא כי הפיזיותרפיסטים קראו את ההנחיות ויישמו אותן בפועל.