

בדיקות המבוצעות במעבדה למים

מים ממוסדות אשפוז ובתי חולים

תחום	סוג הדגימה	שם הבדיקה <u>ANALYSIS</u>	שיטת הבדיקה <i>Types of Test / Properties Measured</i>	סעיף השיטה METHOD REFERENCE SM 22th ed/ EPA	תקנות מסמך הייחוס	הנחיות נטילה ושינוע	סף הדיווח (MRL)	זמן מרבי לקבלת תשובה (יש לעמוד בקשר עם המעבדה בכל הזמנה לקבלת המידע הרלוונטי)
כימיה מים	מים ממוסדות אשפוז ובתי חולים	עכירות (Turbidity)	Turbidity, Nephelometric	SM 2130-B	http://www.health.gov.il/hozer/bz/05_2012.pdf	http://www.health.gov.il/hozer/bsv_14_0310.pdf	0.1 NTU	שבועיים
		עופרת (Pb) על ידי ICP	ICP-AES Determination of metals and trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry	EPA 200.7			3(µg/L)	חודש
		עופרת (Pb) על ידי ICP-MS	ICP-MS - Determination of trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry	EPA 200.8			1(µg/L)	חודש
		נחושת (Cu) על ידי ICP	ICP-AES Determination of metals and trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry	EPA 200.7			10 (µg/L)	חודש
		נחושת (Cu) על ידי ICP-MS	ICP-MS - Determination of trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry	EPA 200.8			2(µg/L)	חודש
		ברזל (Fe) על ידי ICP	ICP-AES Determination of metals and trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry	EPA 200.7			20 (µg/L)	חודש
		ברזל (Fe) על ידי ICP	ICP-MS - Determination of trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry	EPA 200.8			10 (µg/L)	חודש
כימיה מים	מים ממוסדות אשפוז ובתי חולים	ברזל (Fe) על ידי ICP	ICP-AES Determination of metals and trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry	EPA 200.7				

תחום	סוג הדגימה	שם הבדיקה <u>ANALYSIS</u>	שיטת הבדיקה <i>Types of Test / Properties Measured</i>	סעיף השיטה METHOD REFERENCE SM 22th ed/ EPA	תקנות מסמך הייחוס	הנחיות נטילה ושינוע	סף הדיווח (MRL)	זמן מרבי לקבלת תשובה (יש לעמוד בקשר עם המעבדה בכל הזמנה לקבלת המידע הרלוונטי)
		אלומיניום (Al) על ידי ICP	ICP-AES Determination of metals and trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry	EPA 200.7	http://www.health.gov.il/hozer/bz05_2012.pdf	http://www.health.gov.il/hozer/bsv_140310.pdf	50 (µg/L)	חודש
		אלומיניום (Al) על ידי ICP-MS	ICP-MS - Determination of trace elements in water and wastes by Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry	EPA 200.8			5 (µg/L)	חודש
		כלוריט (ClO ₂ -)	Ion Chromatography	EPA 300.1 B			0.05 mg/L	חודש
		כלורט (ClO ₃ -)	Ion Chromatography	EPA 300.1 B			0.05 mg/L	חודש